

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος****Οικονομικά Στοιχεία**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΧΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΜ 926468 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 260X150X33MM (LARGE) ΜΕ ΔΙΑΛΥΜ. Σετ σπόγγων πολυουρεθάνης Large 2 τεμάχια για θεραπεία εβδομάδας διαστάσεων 260mm X 150mm X 33mm

στην οποία να περιέχονται ανά κάθε σπόγγο 2 τεμ φιλμ για να κλείσει αεροστεγώς το τραύμα ,

1 δίσκος αναρρόφησης με 3 σωλήνες 2 μέτρων μήκος για την δυνατότητα ενστάλαξης στο τραύμα. Ο κάθε σπόγγος να είναι ξεχωριστά αποστειρωμένος στο σετ .Αντιμικροβια: διάλυμα 1000ml με Πολυεξανιδη και Μπεταινη

ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 1000ML LIFOTRONIC

"Δοχείο συλλογής εκκρίσεων 1000ml ,αποστειρωμένο , με περιεχόμενο που να ζελατινοποιεί το εξίδρωμα και να έχει διαβαθμίσεις σε ml.

Να έχει μια υποδοχή σύνδεσης μέσω της οποίας να συλλέγονται τα υγρά του τραύματος και μια υποδοχή ανίχνευσης της πίεσης του τραύματος "

ΧΡΗΣΕΙ 4 ΑΛΛΑΓΩΝ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51642	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ	33140000-3	4	4
52175	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ		4	4
ΣΥΝΟΛΑ:			8	