

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Βελόνα ψυχόμενων ραδιοσυχνοτήτων μήκους 10 εκ, με 4 χιλ ενεργό άκρο, διαμέτρου 17G για την αντιμετώπιση Θ/Χ περιστατικών, συμβατή με γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων με οθό αφής, με δυνατότητα λειτουργίας για νευροτροποποίηση (παλμική ραδιοσυχνότητα) και για νεύρωση (lesioning), με δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης 4 ηλεκτροδίων και ανεξάρτητης λειτουργίας (εκκίνηση, διακοπή, τροποποίηση) καθενός εξ/αυτών, αυτόματη αναγνώριση των ηλεκτροδίων και δυνατότητα χρήσης αντλίας ψύξεως για περιστατικά ψυχόμενης ραδιοσυχνότητας.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΘΧ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙD ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
49849	ΒΕΛΟΝΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ			5
ΣΥΝΟΛΑ:				5