

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οδηγό σύρμα περιστροφικής αθηρεκτομής ROTAWIRE DRIVE. Να διατίθεται σε δυο τύπους floppy & extra support. Η διάμετρος στον κύριο κορμό του σύρματος να είναι 0.24mm (0.009" inch) και στο άκρο του (tip) να είναι 0.36mm (0.014" inch). Το συνολικό μήκος του να είναι 330cm. Το άκρο του σύρματος να είναι ακτινοσκιερό, ατραυματικό κ να δύναται να προσχηματιστεί.

Οι δυο τύποι σύρματος να διαφοροποιούνται ως προς το μήκος του άκρου αλλά και την σκληρότητα του κύριου σώματος.

Το Rotawire Drive Floppy να έχει προφίλ προοδευτικά μειούμενης (tapered) διαμέτρου μήκους 46cm και άκρο με μήκος 2.2cm και βάρους 1.0gm.

Το Rotawire Drive Extra Support να έχει βραχύ προφίλ προοδευτικά μειούμενης (tapered) διαμέτρου μήκους 8cm και άκρο μήκους 2.8cm και βάρους 2.8gm, παρέχοντας μεγαλύτερη ακαμψία συγκρητικά με το αντίστοιχο floppy.

Τα σύρματα να συνοδεύονται με τον αντίστοιχο περιστροφέα (torquer) για τον χειρισμό και προώθηση του σύρματος.

Να είναι συμβατά με το σύστημα περιστροφικής αθηρεκτομής RotaPro.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51459	ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΑΘΗΡΟΤΟΜΟΥ		10	
ΣΥΝΟΛΑ:			10	