

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας αθηρεκτομής με χρήση υπεριώδους φωτός για την διάσπαση, απομάκρυνση και εξάτμιση της ύλης μέσω των διαφόρων καθετήρων κατά τη διάρκεια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών. Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των επαναστενώσεων, εντός του stent (ISR), πολλαπλών και ασβεστωμένων βλαβών, χρόνιων ολικών αποφράξεων, βλαβών στο στόμιο των αγγείων και βλαβών οι οποίες δεν μπορούν αντιμετωπισθούν επιτυχώς με μπαλόνη αγγειοπλαστικής. Να είναι συμβατό με κοινό οδη σύρμα 0,014" και οδηγό καθετήρα 6 και 7 F. Να διατίθεται σε διαστάσεις 0,09 mm, 1 mm, 1.7 mm και 2.00 mm. Να χρησιμοποιείται με συνοδεία μηχανήματος ως αναγκαίο συνοδό εξοπλισμό του συγκεκριμένου καθετήρα.

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42020	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ			4
ΣΥΝΟΛΑ:				4