

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90987

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3071

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 05/05/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
- Αυτοκόλλητη εξωτερική ταινία αποστείρωσης σε ατμό, με χημικό δείκτη, απότομης χρωματικής αλλαγής και πλάτους 18mm.
 - Να είναι σε μορφή ρολού, χρώματος μπλε για διαχωρισμό από την κοινή ταινία.
 - Να είναι υψηλής συγκόλλησης (HI TACK), για να κολλάει σταθερά στο περιτύλιγμα και να μην αποκολλάται κατά τη διάρκεια προς αποστείρωση ή μετά τον κλιβανισμό και να μην αφήνει ίχνη κατά την αφαίρεση του. Ικανοποιητικού πάχους (0,15 mm ± 0,01) ώστε να μην κόβετε ή σκίζετε κατά την αποκόλληση από το ρολό.
 - Να είναι κατάλληλη για χαρτί non-woven. Να φέρει στην επάνω επιφάνεια ενδεικτικά σημεία (λωρίδες) αποστείρωσης με χημική μελάνη ελεύθερη μολύβδου και βαρέων μετάλλων. Η κόλλα της ταινίας να μην περιέχει διαλύτες και η ταινία να μην περιέχει φυσικό ή ξηρό καουτσούκ (λάτεξ).
Να αναγράφεται σε κάθε ταινία το είδος του αποστειρωτικού μέσου για το οποίο προορίζεται και η ημερομηνία λήξης.
Να είναι σε συσκευασία ανά τεμάχιο, κατάλληλη για την προστασία της κόλλας και την ασφαλέστερη αποθήκευσή της. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης να κατατεθεί αντίγραφο της καταχώρησης στον Ε.Ο.Φ (μητρώο ιατροτεχνολογικών). Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το EN ISO 11140-1 Τύπου 1 (Type 1).
 - Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους τα εξής δικαιολογητικά: το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την μετάφραση του στα Ελληνικά
με αναφορά προς προσφερόμενους εργοστασιακούς κωδικούς, το CE του προϊόντος σε εναρμόνιση με τον κανονισμό MDR 2017/745,
αντίγραφο της καταχώρησης του προϊόντος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ., το ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης προς ποιότητας του κατασκευαστή και
του διανομέα κατά ISO 13485:2016 καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΜΕΤΡΙΑ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
10787	Δείκτες αποστείρωσης κλιβάνου ατμού σε ρολλό		250	

ΣΥΝΟΛΑ: 250