

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 35943

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3592

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 14/09/2021

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ ΣΕ ΑΤΜΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, Η ΠΙΕΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΡΟΛΛΟΥ. ΤΟ ΡΟΛΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 65-70 GR/M2 ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΙΠΛΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ PEEL OF ΑΝΟΙΓΜΑ . ΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΚΡΙΝΕΙΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΥΚΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΛΟ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ . ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 7,5ΕΚ.Χ38ΜΜΧ100 ΕΚ.
100ΜΜ.Χ5ΕΚ.Χ100 ΕΚ.
150ΜΜ.Χ50ΜΜ.Χ10Μ.
200ΜΜ.Χ50ΜΜ.Χ100ΕΚ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42378	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ.10CM X5CM X 100M TEM.		10	
42791	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ: 150MM X 50MM TEM		10	
43689	ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ. 20CM X5,5CM X 100M TEM.		10	
45497	Ρόλοι αποστείρωσης με πιέτα: 75mm X 25mm X 100m TEM		8	

ΣΥΝΟΛΑ:	38
----------------	----