

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 86999

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 276

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 12/01/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας μπαλονιού κρυοθεραπείας standard για καταστροφή επιθηλίου Barrett οισοφάγου με αμπούλες υποξειδίου του αζώτου

Το μπαλόνι του καθετήρα να είναι κανονικού σχήματος.

Να χρησιμοποιεί αμπούλες με υποξείδιο του αζώτου (N2O) το οποίο να ψύχεται στους -85°C για την καταστροφή του επιθηλίου Barrett.

Το υποξείδιο του αζώτου να διαχέεται στο τοίχωμα του μπαλονιού μέσω ενός περιστρεφόμενου σημείου διάχυσης.

Το σημείο διάχυσης να έχει δυνατότητα περιστροφής και κίνησης πάνω κάτω στον άξονα ώστε να έχει την δυνατότητα στόχευσης σε οποιοδήποτε σημείο του οισοφάγου.

Η δόση να είναι ελεγχόμενη στον στοχευμένο ιστό.

Το βάθος θεραπείας της βλάβης

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44996	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ (με δυνατότητα έγχυσης μέσα απο το μπαλόνι)	33141200-2	1	

ΣΥΝΟΛΑ: 1