

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 91503

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3518

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 20/05/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **Μ.Ε.Θ. ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συσκευές χορήγησης μέσω αντλίας χορήγησης εντερικής σίτισης AMIKA με τη δυνατότητα συνεχόμενης στάγδην έγχυσης και bolus χορήγησης. Οι συσκευές να έχουν συνδετικό τύπου EN Plus για τη σύνδεσή τους με τους περιέκτες, αλλά και ευρύ στόμιο ώστε να μπορούν να συνδεθούν με κάθε τύπο περιέκτηεντερικής σίτισης. Να φέρουν συνδετικό άκρο τύπου EN Fit σύμφωνα με το ISO 80369-3 για ασφαλή σύνδεση με καθετήρες σίτισης και αποφυγή λάθους συνδέσεων. Η συσκευή χορήγησης να έχει μήκος 250cm ώστε να διευκολύνονται οι χειρισμοί και να φέρει διακλάδωση τριών δρόμων (3way) για την χορήγηση φαρμάκων. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ειδικό στηρικτικό της φιάλης σε στατώ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53228	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ		2500	

ΣΥΝΟΛΑ: 2500