

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 91615

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3616

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 22/05/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

**Οικονομικά Στοιχεία**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να προσφερθεί σε ολόκληρο τρυβλίο 90mm για έλεγχο ευαισθησίας στα αντιβιοτικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες των WHO, CLSI και EUCAST. Το ύψος του υλικού μέσα στο τρυβλίο να είναι 4mm +/- 0,5 mm. Να περιέχει μεγάλη ποσότητα αφυδατωμένου εκχυλίσματος κρέατος (εκχύλισμα από 300g/L), casein hydrolysate 17,5g/L, starch 1,5g/L και agar 17g/L. Τα κατιόντα μαγνησίου (Mg++) και ασβεστίου (Ca++) πρέπει να είναι αυστηρά καθορισμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Να προσφερθεί σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη των 10 τρυβλίων με διάρκεια ζωής 20 εβδομάδων. Να φυλάσσεται στους 2-12°C. Να έχει IVD CE Mark. Να είναι συμβατά με τους δινεμητές δισκίων αντιβιοτικών που διαθέτει το εργαστήριο

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51890	ΤΡΥΒΛΙΑ 90MM ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ		1500	
			<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	1500