

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: προδιαγραφές σωληναρίων για βιοχημικές εξετάσεις
- Σωληνάρια με ελαστικό πάμα όγκου 10ml
• Αποστειρωμένα, μιας χρήσεως.
• Δεν περιέχουν αντιπηκτικό. Δεν περιέχουν EDTA • Περιέχουν επιταχυντή πήξεως
ψεκασμένο στατοιχώματα, clot activator • Φέρουν ετικέτα με ένδειξη CE, και χώρο
σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς, • Χρωματικός κώδικας: Κόκκινο πάμα, κατάλληλο
για βιοχημικές εξετάσεις
ΧΩΡΙΣ ΤΖΕΛ. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ)

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43438	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΩΜΑ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ML		60000	
ΣΥΝΟΛΑ:			60000	