

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 91717

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3698

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 27/05/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ. ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΣΤΟΥΛΕΣ, IN STENT OCCLUSIONS, BYPASSES, ACUTE, SUBACUTE, CHRONIC OCCLUSIONS. Η ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1cm/sec ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 0.18', 0.25' ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΝΙΤΙΝΟΛ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 85, 110, 135cm. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΓΓΕΙΑ ΑΠΟ 3mm ΕΩΣ ΚΑΙ 12mm. Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000 RPM, ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Δ.Γ ΜΕ ΑΜ 684204

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**ΕΠΑΡΚΕΙΑ:  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /  
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /  
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:  
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
41964	Καθετήρες μηχανικής περιστροφικής αθηρεκτομής αγγείων	33141200-2		1
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>				1