

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 91631

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3630

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 25/05/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Πολυπεκτόμος ψυχρής εκτομής πολυπόδων Nitinol, 10-15-20mm

Ο πολυπεκτόμος ψυχρής εκτομής να είναι μίας χρήσης. Ο βρόχος του να είναι κατασκευασμένος από Nitinol μονόκλωνο σύρμα κοπής. Το σύρμα νιτινόλης να έχει διάμετρο 0,18mm, να διαχωρίζει ομαλά τον ιστό και να προσφέρει "καθαρή τομή", ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εξαγωγής του. Να διατηρεί αναλλοίωτο το οβάλ σχήμα του βρόχου ακόμα και μετά από πολλαπλές εκτομές. Ο πολυπεκτόμος ψυχρής εκτομής να είναι πλήρως περιστρεφόμενος 360ο(1:1) και να έχει οβάλ σχήμα. Να διαθέτει μεταλλικό καθετήρα με επικάλυψη teflon, σε διάμετρο 2,3mm & μήκος 230cm, ο οποίος να φέρει ενισχυμένο άκρο, για μεγαλύτερη σταθερότητα κατά την εκτομή. Επίσης να διαθέτει εργονομική λαβή 3 δακτυλίων χωρίς υποδοχή για εφαρμογή καλωδίου σύνδεσης διαθερμίας.

Ο nitinol πολυπεκτόμος ψυχρής εκτομής να διατίθεται με βρόχο διαμέτρου 10-15 & 20mm. Ο πολυπεκτόμος να είναι ιδανικός για αφαίρεση πολυπόδων & επίπεδων βλαβών και για εφαρμογή σε κάλυμμα άκρου ενδοσκοπίου για ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (EMR).

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43213	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		300	

ΣΥΝΟΛΑ: 300