

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΘΕΙΔΟΥΣ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠ  
ΣΚΕΛΕΤΟ ΝΙΤΙΛΟΛ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ePTFE.

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΘΗΛΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ. ΤΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  
ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 80CM ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ.

ΜΕ ΙΔΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥΣ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  
ΑΠΟ 20MM ΕΩΣ 30MM ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ FDA APPROVAL.

ΑΜ. ΑΣΘΕΝΟΥΣ 920121 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Υ.Σ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4346 ΚΑΙ  
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 327, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 13/05/2026.

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                        | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|--|-----|--------------------|-----------------------|
| 52530     | ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΩΘΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ |     |                    | 1                     |
| ΣΥΝΟΛΑ:   |  |     |                    | 1                     |