

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος****Οικονομικά Στοιχεία**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10X10, 8 PLY ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 100% ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑΣ 18 +/- 2 ΚΛΩΣΤΕΣ / CM2, ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100
ΓΑΖΩΝ

(ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΑ: ΨΖ5Λ46ΜΨΙΦ-Σ7Δ)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

1. Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου
EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι υψηλής απορροφητικότητας, τελείως
λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης(σχίσματα,
παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή
εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία

(μηχανέλαια κλπ).Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξουφασμένη (γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες).

2. Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο
τύπο

του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

1. τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής

2. το είδος του περιεχομένου

3. η ημερομηνία παραγωγής

4. ο αριθμός παρτίδας

5. οι διαστάσεις (μήκος-πλάτος)

6. Η σήμανση πιστότητας CE.Γ.Απαραίτητος δειγματισμός.ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΥΨΗΛΗ**ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42053	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10X10cm		400000	
ΣΥΝΟΛΑ:			400000	