

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος****Οικονομικά Στοιχεία**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕCHO, ΤΕΣΤ ΚC ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να είναι ενιαίο σετ καλύμματος κεφαλής και καλωδίου, αποστειρωμένο και να περιλαμβάνει κατελάχιστον:
2 Ένα κάλυμμα, απαραίτητως με ειδική αυτοκόλλητη περιοχή -εσωτερικά- στο σημείο πο εφαρμόζει στον μορφοτροπέα τού υπέρηχου, ώστε να εξαλείφει την ανάγκη να εφαρμοστεί gel εσωτερικά στο σημείο αυτό, ώστε να προστατεύεται η κεφαλή τού υπέρηχου από τα υπολείμματα τού gel και να αυξάνεται έτσι η διάρκεια ζωής του. Να μη μετακινείται, να μη αφήνει υπολείμματα Σε μέγεθος 18cmx120cm.

3 Ένα σωληνάριο (όχι φακελάκι!) -με 15gr αποστειρωμένης γέλης (gel)- το οποίο να φέρει ειδική βαλβίδα ανοίγματος μη επιστροφής, ώστε να μην εισέρχεται ατμοσφαιρικό αέρας στο υπόλοιπο περιεχόμενο κατά τη χρήση του. Το σωληνάριο να εφαρμόζει το geλελεγχόμενα κι επακριβώς στην επιφάνεια τού μορφοτροπέα, επί του καλύμματος εξωτερικά, διατηρώντας καθαρό το υπόλοιπο πεδίο εργασίας. Να είναι χωρίς χημικά πρόσθετα και χωρίς φυσαλίδες (Bubble Free).

4. Να κατατίθενται η συμμόρφωση τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας - Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τού κατασκευαστικού οίκου και η συμμόρφωση με τα ISO 90 και 13485 τής προμηθεύτριας εταιρείας, καθώς και Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348 (ΦΕΚ32/Β´/16.01.2004). Να φέρει CE από κοινοποιημένο οργανισμό.

Απαιτείται δειγματισμός και κατάθεση προσέκτουςτου κατασκευαστή (ανιχνεύσιμο στο διαδίκτυο) για πιστοποίηση των ανωτέρω!

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42025	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ		600	
ΣΥΝΟΛΑ:			600	