

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: -Καθετήρας ενδοαγγειακής επαναγγείωσης ειδικός για τη διεύλευση χρόνιων ολικών αποφράξεων. Να αποτελείται από έναν εσωτερικό μονό αυλό από ανοξείδωτο ατσάλι, ομόκεντρο με εξωτερικό πλεγμένο άξονα με πολυμερικό περίβλημα. Το άπω άκρο του να φέρει κωνική μεταλλική κοπτική άκρη από ανοξείδωτο ατσάλι, με εξωτερική διάμετρο 1,35 mm, και ενσωματωμένο σύρμα-βρόχο κοπής διαμέτρου 0,20 mm. Η λειτουργία του καθετήρα να μην απαιτεί υποστήριξη από οδηγό σύρμα, ο δε καθετήρας να είναι συμβατός με θηκάρι 5 Fr, οδηγό καθετήρα 6 Fr και με οδηγό σύρμα 0.014".

-Θηκάρι αγγειογραφίας μηριαίας αρτηρίας 6FR, 11cm TEM 1(ENA).

-Συσκευ'η πλήρωσης μπαλονιών TEM 1 (ENA).

-Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής 0,014" TEM 1 (ENA).

-Καθετήρας αγγειογραφίας Vertebral TEM 1(ENA).

-Θηκάρι αγγειογραφίας 6FR, 45cm TEM 1(ENA).

-Οδηγό σύρμα υδρόφιλο 0.35", 260cm, TEM 1(ENA).

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Μπ.Α με ΑΜ 752966

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|----------------|--|------------|--------------------|-----------------------|
| 41999 | ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΑΠΟ ΝΙΤΙΝΟΛΗ (NITINOL) | | | 1 |
| 44571 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ | 33141200-2 | | 1 |
| 45836 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ | | | 1 |
| 45957 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 45CM | | | 1 |
| 46614 | ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ | | | 1 |
| 46752 | ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 6F | | | 1 |
| 52719 | ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ | | | 1 |
| ΣΥΝΟΛΑ: | | | | 7 |