

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΒΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ :-Αποστειρωμένο, μιας χρήσηςΚατασκευασμένο απο ημι-σκληρο, θερμό-ευκαμπτο, ανθεκτικό, πλαστικό υλικό το οποίο δεν περιέχει latex.ΝΑ ΕΙΝΑΙ :Είναι Universal ώστε να ταιριάζει στις χειρολαβ χειρουργικών προβολέων όλων των κατασκευαστών.Να διατίθεται σε πλαστική, αποστειρωμένη συσκευασία η οποία φέρει όλα τα εικονίδια και πληροφορίες σύμφωνα με τα Διεθνή, ιατρικά standards (βλ. Εμπορικός κωδικός, αρ. Παρτίδας, όνομα και χώρα κατασκευαστή, μέθοδος αποστείρωσης, χρήση, συνθήκες φύλαξης κλπ)Να είναι ταξινομημένο από τον διεθνή ανεξάρτητο φορέα BSI ως class Is και ανταποκρίνεται στη διάταξη του MDR 2017/745.Να είναι συμβατές με τους υπάρχοντες προβολείς του χειρουργείου.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΒΧ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51995	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ		150	
			ΣΥΝΟΛΑ:	150