

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92163

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4098

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 15/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡΧΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΟΣΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 55 kHz , ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΥΡΑ - ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΑΔΙΑΤΑΡΑΧΤΕΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΧΗΝΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΟΣΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΡΑΣΠΑΣ, ΓΩΝΙΩΔΗ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40mm ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 100mm. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΤΑΛΟΥΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47229	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΝΑΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΧΩΝ			1

ΣΥΝΟΛΑ:

1