

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος****Οικονομικά Στοιχεία**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL ME CUFF ΚΑΙ ΠΡΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ο ενδοτραχειακός σωλήνας να είναι μιας χρήσης, κατασκευασμένος από PVC, με αεροθάλαμο (cuff) κυλινδρικού σχήματος Hi-volume-Low pressure και να διαθέτει πυκνή μεταλλική σπείρα ενίσχυσης σε ολόκληρο το μήκος του, ακόμη και κάτω από τον αεροθάλαμο (cuff), η οποία να περικλείεται ομοιόμορφα και με ασφάλεια στο τοίχωμα του σωλήνα, ώστε να βοηθάει στην πρόληψη του τσακίσματός του.
2. Ο αεροθάμος (cuff) να ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι στο οποίο να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για εύκολη και άμεση αναγνώριση του μεγέθους του.
3. Ο σωληνίσκος που συνδέει τον αεροθάλαμο (cuff) με το μπαλονάκι ελέγχου της πίεσης του αεροθαλάμου (cuff), να εξέρχεται ασφαλώς από το τοίχωμα του σωλήνα, όσο το δυνατό πλησιέστερα προς το συνδετικό 15mm και να μην διατρέχει το μήκος του σωλήνα.
4. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί για στοματική και ρινική διασωλήνωση.
5. Το μήκος του σωλήνα να είναι μεγαλύτερο των 350 mm για όλα τα νούμερα από το Νο 7 και άνω, ώστε το μήκος του να καθίσταται επαρκές για την ρινοτραχειακή διασωλήνωση ακόμη και σε ιδιαίτερα μεγάλωσυμα άτομα.
6. Ως επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας να διαθέτει πλάγια οπή (Murphy eye).
7. Να διαθέτει σταθερά προσαρμοσμένο συνδετικό 15 mm για τη σύνδεσή του με το κύκλωμα της αναισθησίας. Το συνδετικό να φέρει και στις δυο πλευρές του συμμετρικές εγχοπές για την ασφάλη, εύκολη και γρήγορη χρήση της ταινίας (φακαρόλα) σταθεροποίησης του σωλήνα.
8. Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκοπικό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα, ένα (1) cm πάνω από το cuff για την ένδειξη της σωστής τοποθέτησής του.
9. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία με προ-τοποθετημένο εύκαμπτο μεταλλικό στυλεό για τα μεγέθη από Νο 5 έως και Νο 9.
10. Ο στυλεός να διαθέτει πλαστική επικάλυψη, απαλή επιφάνεια και λαβή σε σχήμα σπείρας για τον ευκολότερο χειρισμό του. Επίσης, να καταλήγει σε κοίλο μαλακό άκρο, ώστε να είναι ατραυματικός.
11. Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ε

Αιτιολόγηση / ΠροτεραιοποίησηΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
49508	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ SPIRAL ME ΟΔΗΓΟ		20	
52069	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SPIRAL ME ΟΔΗΓΟ No5, 5mm		20	
52602	ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ SPIRAL ME CUFF ME ΟΔΗΓΟ 8, 5mm		100	
			ΣΥΝΟΛΑ:	140