

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Αισθητήρες Εγκεφαλικής Οξυμετρίας (rSO2) ενηλίκων

Οικονομικά ΣτοιχείαΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Να εκπέμπουν εγγύς υπέρυθρο φως, η έντασή του οποίου να προσαρμόζεται αυτόματα, σύμφωνα με τον τόνο του χρώματος του δέρματος του ασθενούς, , ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστο βάθος διείσδυση 2,5 cm για υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια.

Να είναι αυτοκόλλητοι, με κόλλα φιλική προς το δέρμα, μίας χρήσης.

Να παρέχεται για την χρήση των αισθητήρων ως συνοδός εξοπλισμός μόνιτορ:

Να είναι κατάλληλο για απεικόνιση εγκεφαλικής, σωματικής και παλμικής οξυμετρίας.

Να πραγματοποιεί ανάλυση δεδομένων και ανανέωση απεικόνισης ανά 1 sec, με ακρίβεια $\pm 1.5\%$.

Να έχει δυνατότητα αυτόματης μέτρησής και μπαταρία μεγάλης διάρκειάς, άνω των 5 ωρών.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **οχι** /

ΙD ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51424	ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ MONITOR			20
			ΣΥΝΟΛΑ:	20