

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92165

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 15/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΥΟΝΕΤ, ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 175MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΤΙΡ 6MM, ΠΑΧΟΣ ΤΙΡ 0,4MM, ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 70MM. ΤΟ ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥ STERLING 925 (92.5% ΚΑΘΑΡΟ ΑΡΓΥΡΟ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4.0 MHZ & 1.7 MHZ. ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ 150W, 90W & 60W (ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ)/ 40W (ΔΙΠΟΛΙΚΗ) / 170W (ΔΙΠΟΛΙΚΗ TURBO). ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NXT ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4.0 MHZ & 1.7 MHZ. ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ 150W, 90W & 60W (ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ)/ 40W (ΔΙΠΟΛΙΚΗ) / 170W (ΔΙΠΟΛΙΚΗ TURBO).

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47080	ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 1 MM			5
ΣΥΝΟΛΑ:				5