

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 91894

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3863

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 04/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ENY (EVD). ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΑΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ENY ΤΩΝ 700ML ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5MM ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 70ML ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑ 100ML. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ TROCAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ LUER, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1.6mm ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3mm (9FR). Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΑΚΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ONE WAY (ANTIREFLUX). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ MMHG ΚΑΙ CMH₂O. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΕΞΟΔΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ BURETTE ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 75ML Η 100ML. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ 220MM ΕΩΣ 350MM. ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΜΑΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΝΟΥ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙD ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46673	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ENY ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ			30

ΣΥΝΟΛΑ: 30