

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 91949

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3908

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 08/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.ΧΡ 100% Ο2

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

- 1 Να είναι μάσκα Ο2 με δυνατότητα μέτρησης τελοεκπνευστικού (ETCO2). Να φέρει σωλήνα οξυγόνου, μήκους τουλάχιστον 2,10μ και σωλήνα τουλάχιστον 2,10μ (Luer Lock) καπνογραφίας με φίλτρο.
2. Να είναι PVC Free και Latex Free και πολύ ελαφριά, με πιστοποίηση από το προσπέκτους τού κατασκευαστή.
3. Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό που δεν κάμπτεται, ώστε να διατηρεί το σχήμα της και να μην συμπίπτουν τα τοιχώματά της.
4. Να είναι χωρίς μεταλλικό έλασμα.
5. Να φέρει επιπρόσθετα αιτραυματικά μαλακά άκρα, στο σημείο που εφάπτεται στο πρόσωπο.
6. Να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να φέρει δύο θέσεις για το πιγούνι τού ασθενή, ώστε η ίδια μάσκα να καλύπτει δύο μεγέθη, Small/Large !
- 7 Απαιτείται κατάθεση δείγματος και προσπέκτους για ταυτοποίηση των ανωτέρω.
- 8 Να κατατίθενται η συμμόρφωση τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας - Απαιτήσεις» και ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τού κατασκευαστικού οίκου και τής προμηθεύτριας εταιρείας, καθώς και Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348 (ΦΕΚ32/Β'/16.01.2004).

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44204	Μάσκες οξυγόνου μ.χρ. 100% Ο2		700	

ΣΥΝΟΛΑ: 700