

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92331

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4246

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 18/06/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΕΤ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ,ΜΕ ΥΑΛΟΥΔΟΦΑΓΟ 23G ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΥΠΟΥ VENTURI,  
7500CUTS/MIN, ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 21 G ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟ ΠΛΥΣΗΣ, ΜΕ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ  
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΑΛΟΥΔΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.  
ΤΟ ΣΕΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΚΟΡΥΨΙΑΣ STELLARIS ELITE.  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
Κ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ.

**Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ****Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                     | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|---|-----|--------------------|-----------------------|
| 52549     | ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ STELLARIS |     |                    | 6                     |

**ΣΥΝΟΛΑ:**

6