

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ-Τα μπαλόνια αγγειοπλαστικής να είναι ημιδιατατά (semi-compliant) και ενδείκνυνται για την αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA).

- Να διαθέτουν εξαιρετικά χαμηλό προφίλ εισόδου (0.017") 0.41 mm αλλά και να διαθέτει σε ποικιλία διαμέτρων και μήκων, που τα καθιστούν ιδανικά για αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA).

-Να διαθέτουν ακτινοσκοπιερούς δείκτες.

-Να είναι διαθέσιμα με καλωδιακό σύστημα κατεύθυνσης OTW και με σύστημα ταχείας εναλλαγής (RX / MONORAIL)

-Το σύστημα ταχείας εναλλαγής (RX / MONORAIL) να έχει προφίλ εισόδου βλάβης που ξεκινά από 0.41 mm (0.017"), και να διατίθεται σε πληθώρα διαμέτρων και μηκών.

-Να διατίθεται σε ελάχιστο διαμέτρους: 1.25 έως 4.00 mm και σε μήκη: 6 έως 30 mm.

-Με καλωδιακό σύστημα κατεύθυνσης, Over-The-Wire (OTW) να έχει προφίλ εισόδου βλάβη που ξεκινά από 0.41 mm (0.017"). Συγκεκριμένα:

Να διατίθενται σε διαμέτρους: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50 mm και σε μήκη: 6, 12, 15, 20, 25, 30, 40 mm ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
48734	ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ (NON - COMPLIANT) & (SEMI - COMPLIANT)		250	
ΣΥΝΟΛΑ:			250	