

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92301

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4218

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 18/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: πληρεις κασέτες συνδυασμενης επεμβασης φακοθρυψιας και οπισθιας υαλοειδεκτομης ευρεως πεδιου διπλου αυλου 15000 κοπων 23g για μηχανημα με αντλια αποκλειστικης venturi λειτουργειας με δυνατοτητα συστηματος διατηρησης της ενδοφθαλμιας πιεσης μεσω πεπιεσμενου αερα η με ηλεκτρικο στατο και δυνατοτητα ελεγχου της ταχυτητας αναρροφησης, με δοχειο συλλογης υγρων επεμβασης χωρητικοτητας 300ml και δυνατοτητα να αδειαζει το περιεχομενο του. Να συμπεριλαμβανεται το καλλυμα του τραπεζιδιου του μηχανηματος και το καλλυμα της οθονης. Να περιεχεται το σετ trocar με μαχαιριδια, κανουλες και εξωτερικες αποσπωμενες βαλβιδες, ο ενδοφωτισμό ευρέως πεδιου, ο υαλοδοφαγος τυπου γκιλοτινας ο οποιος παρεχει τουλαχιστον 5000 κοπες το λεπτο και η εφεδρικη γραμμη αναρροφησης. Για τους υαλοειδοτομους μικρης τομης 23g να παρεχεται η συγχρονη δυνατοτητα χρησης υαλοδοφαγου πνευματικης οδηγησης τυπου γκιλοτινας διπλου αυλου ο οποιος με αυτο τον τροπο μπορει να παρεχει πολυ υψηλες κοπες μεχρι 15000 κοπες το λεπτο .Για την λειτουργεια της φακοθρυψιας να περιεχονται καλλυματα εγχυσης (sleeves), κλειδι για την βελονα της φακοθρυψιας και

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52549	ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ STELLARIS		12	

ΣΥΝΟΛΑ: 12