

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος****Οικονομικά Στοιχεία**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: **8 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 20G, 18G ΚΟΝΤΟΙ, 17G ΚΑΙ 16G ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚ!N****Φλεβοκαθετήρες με βελόνη, πτερύγια στήριξης και βαλβίδα, σε μεγέθη 20G, 18G κοντοί,****17G και 16G, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.****Να προσφέρονται όλα τα ζητούμενα μεγέθη.****Να είναι ισοσυμβατοί, κατασκευασμένοι από FEP (Fluorinated Ethylene Propylene).****Να είναι ελεύθεροι από latex (latex free) και PVC (PVC free).****Να είναι διαφανείς, ώστε να επιτρέπουν την οπτική επιβεβαίωση της ορθής θέσης του καθετήρα, όταν αποσύρεται η βελόνη.****Το άκρο του καθετήρα να έχει σύνδεση luer-lock.****Να είναι ακτινοσκοπικοί με 4 ακτινοσκοπιές γραμμές.****Να έχουν λεπτά τοιχώματα που εξασφαλίζουν υψηλή παροχή και χρωματική ένδειξη της διαμέτρου, σύμφωνα με τον πίνακα:****G Διάμετρος (mm) Μήκος καθετήρα (mm) Χρωματική ένδειξη****20 1,10 33 ΡΟΖ****18 1,30 33 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΑΣΠΡΟ****17 1,50 45 ΑΣΠΡΟ****16 1,70 50 ΓΚΡΙ****Να μην δημιουργούν ερεθισμό στην φλέβα και θρομβοφλεβίτιδα.****Οι καθετήρες να μην είναι πολύ εύκαμπτοι, ούτε πολύ σκληροί, ώστε να έχουν ευχερή εισαγωγή, χωρίς να τσακίζουν ή να σχίζουν την φλέβα.****Να διατηρούν σταθερή ροή.****Η βαλβίδα έγχυσης φαρμάκων να είναι μη επιστροφής και να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση αίματος.****Η βελόνη να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα και κοφτερή λοξότμηση ώστε να επιτυγχάνεται ευχερής και ατραυματική φλεβοκέντηση και να ελαχιστοποιείται το τραύμα****του δέρματος και των ιστών.****Να έχουν υδρόφοβο φίλτρο που να δίνει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος για την επιβεβαίωση της επιτυχούς φλεβοκέντησης.****Το πάμα στο πίσω άκρο του συστήματος καθετήρα-βελόνη να είναι luer-lock ώστε να αποτρέπει την απόσπασή του από την πίεση του αίματος και την έκθεση σε αίμα του προσωπικού και του χώρου.****Να έχουν εργονομική δακτυλολαβή για εύκολο χειρισμό.****Να είναι κατασκευασμένοι βάσει των ISO standards και να φέρουν σήμανση CE.****Να είναι αποστειρωμένοι ανά τεμάχιο σε συσκευασία blister, κατασκευής του τελευταίου****18 1,30 ΠΡΑΣΙΝΟ 2000 τεμ.****20 1,10 33 ΡΟΖ 500 τεμ.****Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**ΕΠΑΡΚΕΙΑ: **ΜΗΝΑΣ**ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΥΨΗΛΗ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι ΠροσδιορισμοίΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΕΛΕΥΘΕΡΗ /**ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**

ΙD ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
43087	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΟΝΤΟΙ Νο18 ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ		2500	

ΣΥΝΟΛΑ: 2500