

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92703

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4385

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 25/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ενδοσκοπικό αυτοεκπιυσσόμενο Ακαθετήρας εντέρου /πυλωρού TTS κατάλληλο για διενέργεια ERCF

Να είναι κατασκευασμένο από νιτινόλη με επικάλυψη PTFE και σιλικόνης μερικώς ακάλυπτο 3cm με τεχνολογία moving cell για διενέργεια ERCF

Να διαθέτει στρογγυλεμένα ατραυματικά άκρα.

Ο καθετήρας μεταφοράς της ενδοπρόθεσης να διαθέτει ευδιάκριτους ενδοσκοπικούς και ακτινοσκοπικούς markers και να καταλήγει σε ελαία που διευκολύνει την τοποθέτηση της

Η διάμετρος του καθετήρα μεταφοράς να είναι 10,5 Fr (TTS) και να έχει μήκος ωφέλιμο 220cm.

Να παρέχεται η δυνατότητα επανατοποθέτησής της έστω και αν έχει ανοιχθεί στο 70% (point of return).

Να διατίθεται σε διάμετρο σώματος 20, 22, 24, 26 και 28mm και μήκος 8, 10 και 12 cm.

Κάθε ενδοπρόθεση να διαθέτει έξι ακτινοσκοπικούς δείκτες χρυσού-βολφραμίου, από δύο στα άκρα και δύο στη μέση.

Το σύστημα να είναι συμβατό με οδηγό σύρμα 0.035''

Να διατίθεται με όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας και με τη σχετική εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου.

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
-----------	-----------------------	-----	--------------------	-----------------------

43566	Καθετήρας-μπαλόνι διπλού αυλού διαστολής οισοφάγου-πυλωρού-εντέρου υψηλής πίεσης (Διάμετρος μπαλονιού 10-11-12mm, μήκος 5.5cm (psi pressure 30-60-90))			1
-------	--	--	--	---

ΣΥΝΟΛΑ:

1