

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92761

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4436

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 26/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Να προσφερθεί kit ανοσοχρωματογραφίας για ταυτόχρονη ανίχνευση 5 τύπων καρβαπενασών KPC, OXA, VIM, IMP και NDM σε μορφή μονής κασέτας από δείγμα αποικίας. Με χρήση συμπληρωματικού kit να μπορεί να γίνει απευθείας χρήση από ζωμό θετικής αιμοκαλλιέργειας από ούρα ή rectal swab μετά από επώαση. Η ανάγνωση όλων των αποτελεσμάτων να γίνεται σε ένα παράθυρο και ανά τύπο να δίνεται ξεχωριστή απάντηση. Να ανιχνεύει τους εξής μηχανισμούς αντοχής: KPC 1,2,3,4,5,6,7,12,14,23,28,35,39,78,79, OXA48-like 48,162,163,181,204,232,244,245,370,405,436,484,505,515,517,519,535,739 VIM 1,2,4,5,6,11,19,23,26,27,31,39,46,51,52,54,56,58,59 IMP 1,2,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,18,19,22,26,29,31,37,39,46,47,56,58,61,63,71,79 NDM 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,19. Να έχει ευαισθησία και ειδικότητα 100% συγκρινόμενη με δείγματα επικυρωμένα από ολική αλληλούχιση γονιδιώματος (WGS). Να δίνει απάντηση σε 15 λεπτά. Τα όρια ανίχνευσης να είναι για KPC 600pg/ml, για VIM και OXA 300pg/ml, για IMP 200pg/ml και για NDM 150pg/ml. Στο ένθετο να αναφέρονται όλες οι παραλλαγές που μπορούν να ανιχνευτούν και τα περισσότερα από 25 μικρόβια τα οποία ελέγχθηκαν για την ανίχνευση των γονιδίων αντοχής και των παραλλαγών τους. Να είναι πιστοποιημένο για χρήση με κοινά θρεπτικά υλικά όπως MacConkey agar, TSA, Mueller Hinton agar, Columbia agar, με αίμα αλόγου ή προβάτου καθώς και ειδικά χρωμογόνα υλικά διαφόρων εταιρειών. Το προϊόν να διαθέτει πλούσια διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Το kit να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση συμπεριλαμβανομένων των σωληναρίων εκχύλισης και πιπετών. Όλα τα αντιδραστήρια να είναι σταθερά έως την ημερομηνία φύλαξης του kit. Να προσφέρεται σε συσκευασία 20 εξετάσεων με διάρκεια ζωής 2 ετών και φύλαξη σε θερμοκρασία δωματίου. Να έχει IVD CE Mark. Να κατατεθούν

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΨΗΛΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51690	OXA-48 ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙ ΠΛΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. (ΣΥΣΚ.20 ΤΡ.ΣΤ)			15
ΣΥΝΟΛΑ:				15