

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92838

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4510

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 29/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΝΠ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ασθενής με ΑΜ 677565

Χρήζει αντιμετώπισης με σύστημα θεραπείας αρνητικής πίεσης μιας χρήσης για διάστημα ενός μηνός.

Ως εκ τούτου απαιτούνται τα κάτωθι υλικά:

1) Σετ σπόγγων πολυουρεθάνης Large 2 τεμάχια για θεραπεία εβδομάδας διαστάσεων 260mm X 150mm X 33mm στην οποία να περιέχονται ανάκαθε σπόγγο 2 τεμ φιλμ για να κλείσει

αεροστεγώς το τραύμα , 1 δίσκος αναρρόφησης με 3 σωλήνες 2 μέτρων μήκος για την δυνατότητα ενστάλαξης στο τραύμα. Ο κάθε σπόγγος να είναι ξεχωριστά αποστειρωμένος

στο σετ. Αντιμικροβιακό διάλυμα 1000ml με Πολυεξανιδη και Μπεταινη. TEM 4

2) Δοχείο συλλογής εκκρίσεων 1000ml , αποστειρωμένο , με περιεχόμενο που να ζελατινοποιεί το εξίδρωμα και να έχει διαβαθμίσεις σε ml. Να έχει μια υποδοχή σύνδεσης

μέσω της οποίας να συλλέγονται τα υγρά του τραύματος και μια υποδοχή ανίχνευσης της πίεσης του τραύματος. TEM 4

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Εύρος αρνητικής πίεσης 0-200mmHg

Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 7"

Ταχύτητα άντλησης 8l/min

Ροή ενστάλαξης 8l/min

Ένδειξη αρνητικής πίεσης στην αντλία και ξεχωριστή ένδειξη αρνητικής πίεσης στο τραύμα

6 τρόπους θεραπείας

Αυτονομία έως 12 ώρες εκτός ρεύματος

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
51642	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ	33140000-3	4	
52175	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ		4	

ΣΥΝΟΛΑ:

8