

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92399

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4274

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 22/06/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡΧΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΟΓΚΩΝ (BONE SCALPEL). ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION). ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΩΣΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ). ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΟΣΤΟΥ, Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΙΣΤΟΙ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΡΑ ΡΥΓΧΩΝ ΓΙΑ ΟΣΤΑ, ΣΕ 9 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ, ΣΕ 4 ΜΗΚΗ (121, 200, 182.8 ΚΑΙ 106mm, ) ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΑΚΡΑ ΣΕ 4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1.6X2mm, 1.7X2.8mm, 2.58X2.8mm 360°apex ΚΑΙ 12.4X0.73mm. ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**ΕΠΑΡΚΕΙΑ:  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /  
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /  
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:  
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
47229	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΧΩΝ			1

ΣΥΝΟΛΑ: 1