

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92097

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4044

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 11/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Για τις ανάγκες της κλινικής μας θα χρειαστούμε (4) ΤΕΜΑΧΙΑ από το παρακάτω υλικό:

ΔΙΧΑΛΩΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

- Να είναι από πολυεστέρα

- Να διατίθεται σε διαμέτρους σώματος 16mm, σκελών 8mm αντίστοιχα

- Να διαθέτει ύφανση Knitted-Double velour

- Να διαθέτει γραμμές ορθής τοποθέτησης

- Με ενσωματωμένο βόειο κολλαγόνο υψηλής καθαρότητας

- Με την ελάχιστη δυνατή διαπερατότητα (~μηδενική) (maximum 0,1 ml/cm²/min @

120mmHg) η οποία να πιστοποιείται από το prospectus/φυλλάδιο οδηγιών

- Να προσφέρουν δυνατότητα εμποτισμού με οποιοδήποτε αντιβιοτικό

- Με αποστείρωση ΕΤΟ για να μην αλλοιώνονται οι ιδιότητες του κολλαγόνου

- Να είναι πιστοποιημένα με FDA

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
44023	Διχάλωτά μοσχεύματα από DACRON (διαμ. από 14x7 έως 22x11 χιλ. και μήκ. από 40-50 εκ.)		4	

ΣΥΝΟΛΑ: 4