

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ (ΝΑΡΚΩΣΗ)**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: **8 ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΕΤ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Κατάλληλοι για εναλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα.

Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης σε ατομική συσκευασία.

Κατασκευασμένοι από PVC.

Να είναι ελεύθεροι από latex (latex free).

Να έχουν δύο συνδετικά 15 mm.

Με δύο αεροθαλάμους, τραχειακό και βρογχικό, χαμηλής πίεσης και σχήματος που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βλάβης του βλεννογόνου.

Ο τραχειακός αεροθάλαμος να είναι διαφανής και ο βρογχικός αεροθάλαμος να είναι χρωματισμένος μπλε, ώστε να διευκολύνεται η αναγνώρισή του και η ταυτοποίηση του μακρινού άκρου του σωλήνα στη διαδικασία επιβεβαίωσης της ορθής τοποθέτησης με ινοπτικό βρογχοσκόπιο.

Το πιλοτικό μπαλόνι του τραχειακού αεροθαλάμου να είναι διαφανές και το αντίστοιχο του βρογχικού αεροθαλάμου να είναι μπλε με βαλβίδες για σύριγγες Luer και Luer-lock. Η πίεση στο τραχειακό και στο βρογχικό πιλοτικό μπαλόνι να αντιστοιχεί στην πίεση που αναπτύσσεται στον αντίστοιχο αεροθάλαμο.

Το άκρο του βρογχικού σωλήνα να είναι ατραυματικό με ελαφρά κλίση για εύκολη τοποθέτηση.

Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκοπική γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών και επιπλέον ενδείξεις αεροθαλάμου.

Να διαθέτει αρίθμηση βάθους.

Να αναφερθεί η εξωτερική και η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα. Η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη σε σχέση με την εσωτερική διάμετρό του, ώστε να είναι ευκολότερη και πιο ατραυματική η διασωλήνωση.

Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα να υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή.

Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη από 26 έως 41 Fr για αριστερό βρόγχο.

τεμ 50 Νο 37

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**ΕΠΑΡΚΕΙΑ: **ΜΗΝΑΣ**ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: **ΕΛΕΥΘΕΡΗ /**ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50087	ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 2ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ		50	
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>			50	