

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93052

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4695

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 07/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - AIDS

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Φιαλίδια 8 - 8,5 ml : Κενού αέρα με αδρανές gel διαχωρισμού και επιταχυντή πήξης για το διαχωρισμό πήγματος και ορού. Κατάλληλα για ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ/ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ προσδιορισμούς ορού, ορολογικές δοκιμές, μοριακές δοκιμές, δοκιμές μολυσματικών ασθενειών, δοκιμές αιμοδότη. Χωρητικότητα 8 - 8,5ml. Διαστάσεων 16x100m. Latex-Free. Να μην περιέχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates. Ελεύθερος χώρος: τουλάχιστον 25% της χωρητικότητας για να είναι ασφαλής η διαδικασία ανοίγματος του σωληναρίου. Πλαστικά κατασκευασμένα από PET (Polyethyleneterephthalate), συνθετικά, άθραυστα, διαφανή. Αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ (R) EN ISO 11137, masterility assurance level (SAL) της τάξεως 10⁻⁶. Σύμφωνα με τις οδηγίες UNI EN 556-1, UNI EN ISO 11737-2, UNI EN ISO 11137-1. Με ένδειξη πλήρωσης. Ελαστικό πιεστό (όχι βιδωτό) πώμα κλεισίματος ασφαλείας και ικανό να διαπεραστεί. Στην ετικέτα σωληναρίου να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Επίπεδο γεμίματος (γραμμή καθοδήγησης), αριθμός παρτίδας, Ημερομηνία λήξεως, ονομαστική χωρητικότητα, την ένδειξη «αποστειρωμένο» / «sterile» με ακτινοβολία γ (R), να φέρει την ειδική σήμανση ότι το προϊόν δεν περιέχει PHT&DEHP. Ένδειξη CE IVDD 98/79/EC. Την επιγραφή ή το σύμβολο για «μια χρήση μόνον» / «single use only». Κωδικό για αναγνώριση προσθετικού. Κατασκευαστής. Κωδικός. Στοιχεία ασθενούς. Το gel διαχωρισμού να είναι αδιαφανές, ομοιογενές και ομοιόμορφα κατανεμημένο χωρίς την παρουσία κλίσης στο κάτω μέρος του σωληναρίου. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ISO 9001/2015 & ISO 13485/2016 του κατασκευαστή (μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα), ISO 9001/2015, ISO 13485/2016, ISO 37001 & ΔΥ8Δ/Γ.Π ΟΙΚ 1348 /2004 του προμηθευτή. Να φέρουν σήμανση CE IVDD 98/79/EC. Να κατατεθεί πιστοποιητικό

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46739	Σωληνάρια με ζελ των 8ml SERUM SEP.		6000	

ΣΥΝΟΛΑ: 6000