

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92832

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4504

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 29/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σορτς εξέτασης κατάλληλα για χρήση σε διαδικασίες κολονοσκόπησης και άλλες ενδοσκοπικές πράξεις

- Να είναι σχεδιασμένα για διακριτικότητα, άνεση και επαρκή κάλυψη του ασθενούς
- Να κατασκευάζονται από μη υφασμένο υλικό τύπου SMS -τριών στρωμάτων (Spunbond-meltblown, Spunbond)
- Να έχει ελάχιστο βάρος υλικού 35 gsm
- Να είναι μαλακό, ανθεκτικό και απορροφητικό.
- Να παρέχει επαρκή αδιαφάνεια για προστασία της ιδιωτικότητας
- Να διαθέτει ειδικό άνοιγμα στο πίσω μέρος για την εξέταση
- Να διαθέτει κάλυμμα (flap) που κλείνει με αυτοκόλλητο τύπου velcro σε τουλάχιστον τέσσερα σημεία
- Να εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση του προσωπικού και διακριτικότητα του ασθενούς
- Να έχει χρώμα μπλε
- Να διατίθεται σε μεγέθος L -XL και με κορδονάκι αυξομειούμενο
- Να είναι μη αποστειρωμένα
- Να προορίζεται για μία χρήση
- Να μην περιέχει λάτεξ
- Να συσκευάζεται καθαρά και προστατευμένα, με ένδειξη μεγέθους, ποσότητας και παρτίδας
- Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για Ιατροτεχνολογικά προϊόντα .

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42231	Παντελόνι κολονοσκόπησης μ.χρ. μεγέθη standards & XL		2000	

ΣΥΝΟΛΑ: 2000