

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93118

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4745

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 09/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Πακέτο συνδυασμένης οπίσθιας υαλοειδεκτομής 23gauge, το οποίο περιλαμβάνει:

- α. Κασέτα πολλαπλών σωληνώσεων στην οποία υπάρχουν 2 υποδοχές για σωληνώσεις αναρρόφησης, από τον οποίο περνάνε όλα τα υγρά της κασέτας πριν καταλήξουν στο σάκο συλλογής τους. Η κασέτα αυτή τοποθετείται σε μηχανήμα οπίσθιας υαλοειδεκτομής και φακοθρυψίας
- β. Σωλήνωση εξώθησης η οποία συνδέεται με την κασέτα.
- γ. Ενδοφωτισμό οπτικής ίνας αμβλείας διάχυσης 23 Gauge με καλώδιο.
- δ. Κάνουλα έγχυσης 4 χιλιοστών
- ε. 3 σκληρικές τάπες 23 Gauge
- η. Σετ διαχείρισης ροής του ορού από το μπουκάλι με εξελιγμένο σύστημα διοχέτευσης αέρα υπό πίεση
- θ. Αποστειρωμένο πλαστικό πεδίο με ειδική θήκη για την αποστείρωση της πρόσθιας οθόνης αφής του χρησιμοποιούμενου μηχανήματος
- ι. Στρόφιγγα τριών δρόμων
- κ. Σύριγγα 20 cc
- λ. Σάκο συλλογής υγρών 500ml που συνδέεται στην κασέτα
- μ. Σετ trocar βαλβιδικά 23gauge αποτελούμενο από τρία trocar μαχαιράκια και τρεις trocar κάνουλες
- ν. Στυλεό οπίσθιας υαλοειδεκτομής 23Gauge μιας χρήσεως και πνευματικής οδήγησης, τύπου νκιλοτίνας, ο οποίος παρέχει τουλάχιστον 7500 κοπές το λεπτό.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53038	ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CONSTELLATION			4

ΣΥΝΟΛΑ:

4