

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 91652

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 3643

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 25/05/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ ΥΛΙΚΟ:

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BAYONET 8 MHz, ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένος και με συχνότητα λειτουργίας στα 8MHz

Να έχει ισχύ της μήλης: 23 Ispta mW/cm2. Το ακρο του να είναι ο εύπλαστο άκρο για προσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του χειρουργείου.

Να συνδέεται με ενισχυτή του ίδιου κατασκευαστή που να λειτουργεί στην ίδια συχνότητα με το probe για να αποδίδεται η καλύτερη ποιότητα ήχου και αποφυγή ύπαρξης παρεμβολών.

Να έχει δυνατότητα να απεικονίσει και να καταγραφεί κυματομορφής ροής της διπλής κατεύθυνσης και ταχύτητα ροής. Να έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει σε υπολογιστή κυματομορφές και μετρήσεις για περαιτέρω ανάλυση και αποθήκευση.

Να συνοδεύεται από ενισχυτή σήματος 8MHz και να συνοδεύεται από συσκευή υπερήχων-doppler που να διαθέτει οθόνη για την απόκτηση του σήματος και να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής και εκτύπωσης των δεδομένων.

Να διαθέτει CE και πιστοποίηση MDR

Ο προμηθευτής να με την προσφορά του να καταθέσει και την εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου του ανιχνευτή.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52186	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ N2 WOOD			5

ΣΥΝΟΛΑ:

5