

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92770

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4444

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 26/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χειρουργικό οφθαλμολογικό βουρτσάκι ειδικής σχεδίασης για ομοιόμορφη αφαίρεση επιθηλίου του κερατοειδούς .Μηχάνημα απαραίτητο για την σωστή επιτέλεση διασύνδεσης κερατοειδούς (cross linking).Το σύστημα να αποτελείται από τον κύριο μηχανισμό ,τον άξονα και την βάση φόρτισης.
Το σύστημα να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου 3,7 Volt - 800mA
Να διαθέτει ξεχωριστή βάση φόρτισης.
Το εύρος στροφών να κυμαίνεται από 500 έως 2500 RPM με δυνατότητα επιλογής σχέσης μετάδοσης.
Δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης περιστροφής.
Να διαθέτει γωνιακό άξονα εφαρμογής για ευκολότερη χρήση.
Να συνοδεύεται με αφαιρούμενα βουρτσάκια ειδικής σχεδίασης για ομοιόμορφη αφαίρεση ιστών και επιθηλίου.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
49744	ΛΑΒΙΔΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ			1

ΣΥΝΟΛΑ:

1