

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ανταλλακτικές κεφαλές για επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή, κατάλληλες τόσο για στεγνό όσο και για υγρό ξύρισμα.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

- Να επιτυγχάνουν ξύρισμα σε βάθος χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα.
- Να είναι μιας χρήσεως από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Να είναι κατάλληλες για ξύρισμα σε διαφορετικές περιοχές του σώματος (σώμα, κεφάλι, ηβική περιοχή).
- Να φέρουν διπλή σειρά οδοντώσεων για την αποφυγή στομώματος κατά το ξύρισμα.

Η ξυριστική μηχανή να δίδεται ως δωρεάν συνοδός εξοπλισμός. Να λειτουργεί χωρίς καλώδιο με μπαταρία ιόντων λιθίου για την αποφυγή υπερφόρτωσης και αυξημένο χρόνο ζωής, να διαθέτει λαβή για ασφαλή συγκράτηση και ευκολία χειρισμού, να είναι απόλυαδιάβροχη κατά τον καθαρισμό σε τρεχούμενο νερό και με δυνατότητα εμβάπτισης για αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση. Επίσης να διαθέτει βάση επιτοίχιας ή επιτραπέζιας τοποθέτησης που να λειτουργεί ως φορτιστής και φωτεινές ενδείξεις χαμηλής στάθμης και φόρτισης της μπαταρίας.

Απαραίτητος ο δειγματισμός στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46640	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΕΦΑΛΗΣ 40 MM	33162200-5	200	
ΣΥΝΟΛΑ:			200	