

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ****ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σετ απολίνωσης αιμορροϊδών και ανάταξης βλεννογόνου για την αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας.

Να περιλαμβάνει πρωκτοσκόπιο με κανάλι σχήματος ημικυκλίου, με ενσωματωμένο υπέρηχ και παράθυρο για σταδιακή περιστροφική προβολή του βλεννογόνου, καθώς και τουλάχιστον οκτώ απορροφήσιμα (8) ράμματα.

Το σετ να παρέχει σύνδεση με υπερηχητικό ανιχνευτή αγγειακού παλμού και να συνδέεται με ασύρματο τρόπο (BLUETOOTH, κτλ) και να διαθέτει ενσωματωμένη πηγή ψυχρού φωτισμού τουλάχιστον τριών (3) εστιών LED για καλύτερη οπτική της περιοχής. Να λειτουργεί με μπαταρίες και όχι με ρεύμα για καλύτερη εργονομία στο χειρουργικό πεδίο.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΧ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
46600	ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ	33162200-5	10	
ΣΥΝΟΛΑ:			10	