

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 90660
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 2801
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 22/04/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας/μπαλόνι λιθοτριψίας (Intravascular Lithotripsy - IVL) για τη διάσπαση ενδοτοιχωματικών και μέσων αποτιτανώσεων σε στεφανιαίες αρτηρίες. Ο καθετήρας να χρησιμοποιεί υπερηχητικά κύματα πίεσης μέσω ειδικών εκπομπών ακουστικού κρουστικού παλμού, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι μέσα στο μπαλόνι, επιτρέποντας στοχευμένη και ασφαλή αγγειοπλαστική ακόμη και σε ισχυρά ασβεστοποιημένες βλάβες, δημιουργώντας ρωγμές και κονιορτοποιώντας το συσσωρευμένο ασβέστιο στα τοιχώματα των αρτηριών, με συχνότητα 1.5 παλμούς ανά δευτερόλεπτο. Να διαθέτει 120 παλμούς, ως μέγιστο αριθμό παλμών, και να είναι συμβατός με οδηγό σύρμα 0.014". Ο καθετήρας να είναι εξαιρετικά ευέλικτος, ώστε να διαπερνά στενώσεις υψηλού βαθμού. Το ωφέλιμο μήκος του καθετήρα να είναι 142 cm και να έχει χαμηλό προφίλ 0.041". Να διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών: Διάμετρος: 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00 mm και Μήκος: 12 - 15 mm. Ο καθετήρας να διατίθεται με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό, γεννήτρια και συνδετικό καλώδιο.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
52806	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ		2	
52806	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ		2	
ΣΥΝΟΛΑ:			4	