

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 92818

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4491

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 29/06/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τεχνικές προδιαγραφές υγρού καθαρισμού και απολύμανσης (σποροκτόνο) μικροχειρουργικών/οφθαλμολογικών εργαλείων

Οικονομικά ΣτοιχείαΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

1. Πιστοποίηση και κατηγορία: Το προϊόν πρέπει να είναι εγκεκριμένο ως Ιατροτεχνολογικό προϊόν (Medical Device Class I H IIa) φέροντας εμφανή σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό κανονισμό.

2. Χημική σύνθεση και ασφάλεια ασθενών:

A. Να είναι ενζυματικής ή ήπιας αλκαλικής βάσης (αραίωση χρήσης κοντά στο ουδέτερο 7-8)

B. Να μην καταλείπει τοξικά υπολείμματα μετά την έκπλυση, ελαχιστοποιώντας αποδεδειγμένα τον κίνδυνο πρόκλησης Συνδρόμου TASS (Toxic Anterior Segment Syndrome) στον πρόσθιο θάλαμο. Αμμωνία κ παραγώγων της (τεταρτογενούς αμμωνίου), αλδεΐδες, φαινόλες ή ισχυρά αλκάλια είναι απαγορευτικά μη ασφαλή ως συστατικά για κίνδυνο διάβρωσης εργαλείων, τοξικότητας στον οφθαλμό κ αποφυγή καταλοίπων (τάση να προσκολλάται στις επιφάνειες κάνοντας το ξέπλυμα στο χέρι εξαιρετικά δύσκολο)

3. Δράση, αποτελεσματικότητα και αφρισμός:

A. Να παρουσιάζει υψηλή ικανότητα άμεσης αποδόμησης πρωτεϊνών, αίματος, λιπών και οργανικών ρύπων. Να έχει την ιδιότητα της απολύμανσης σε χρόνο έως και πέντε λεπτών (ταχεία απολύμανση)

B. Να έχουν ευρύ φάσμα δράσης: βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο και ιοκτόνο δράση , να παραμένει σταθερής απόδοσης τουλάχιστον για 7 ημέρες .

Γ. Η αποτελεσματικότητα τους πρέπει να πιστοποιείται ακόμα και κάτω από «ρυπαρές συνθήκες» και η απολυμαντική δράση να επιτυγχάνεται σε 5 λεπτά τουλάχιστον.

Δ. Να είναι χαμηλού αφρισμού για να επιτρέπεται η ορατότητα των εργαλείων κατά τη βύθιση και να ξεπλένονται εύκολα χωρίς υπολείμματα

Ε. Να είναι άοσμο και να παρουσιάζει έως και μηδενική πτητικότητα ώστε να είναι ασφαλής η χρήση του σε σχέση με ερεθισμούς του αναπνευστικού βλεννογόνου

4. Συμβατότητα υλικών:

Να φέρει επίσημη έγκριση συμβατότητας με ευαίσθητα υλικά κατασκευής οφθαλμολογικών εργαλείων όπως ανοξείδωτο ατσάλι, καθαρό τιτάνιο και ανοξείδωτο αλουμίνιο, αποτρέποντας τη διάβρωση ή τον αποχρωματισμό τους

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53045	ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ			20

ΣΥΝΟΛΑ:

20