

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθετήρας ασφάλισης ράμματος συμβατός με το ενδοσκοπικό σύστημα ραμμάτων-συρραφής OverStich NXT και OverStitch Gen 2 και το σύστημα προσέγγιση μαλακού ιστού X-tack. Να χρησιμοποιείται για την προσέγγιση του ιστού και γρήγορο και ασφαλές κλείδωμα τ ράμματος μέσω μιας κατασκευής στερέωσης χωρίς κόμπους από υλικό ΡΕΕΚ. Να έχει σχέδ βύσματος και γιακά για να κλειδώνει το ράμμα, μήκους 7.95mm και διαμέτρου 2.44mm. διαθέτει ενσωματωμένο βρόγχο φόρτωσης του ράμματος, διαφορετικού χρώματος, για να μπορεί εύκολα και με ασφάλεια να τραβηχτεί το ράμμα μέσα στον καθετήρα ασφάλισης. διαθέτει εργονομική λαβή τριών δακτυλίων με διαχωριστικό ασφαλείας, η οποία να επιτρέπει το κλείδωμα του ράμματος και το κόψιμό του σε δύο ευδιάκριτα στάδια. Να διατείνεται σε μήκη 160cm και 235cm.

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50601	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ- ΔΙΑΤΟΜΗΣ- ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ	33162200-5	12	
ΣΥΝΟΛΑ:			12	