

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93201

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4823

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 14/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Ενδοσκοπικό σύστημα ραμμάτων-συρραφής ολικού πάχους για την ενδοσκοπική συρραφή και τη σύγκλιση μαλακού ιστού. Να μπορεί να τοποθετηθεί για τη σύγκλειση ελλειμμάτων (π.χ. διάτρηση, ESD/EMR και συρίγγιο/διαφυγή), τη στερέωση στενι για μείωση των ποσοστών μετανάστευσης στον ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα, την ενδοσκοπική γαστροπλαστική με μανίκι (ESG) και τη διαστοματική μείωση εξόδου (TORE). Το σύστημα να παρέχει στους γιατρούς τη δυνατότητα να εκτελούν προσέγγιση ιστού και να επαναφορτίσουν το ράμμα χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του ενδοσκοπίου. Να παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών περασμάτων/βελονιών με μία μόνο εισαγωγή του ενδοσκοπίου. Η μοναδική σχεδίαση να μιμείται την κυρτή βελόνα, η οποία να επιτρέπει τον έλεγχο βάθους τοποθέτησης ραμμάτων. Να τοποθετείται γρήγορα και εύκολα σε ένα ενδοσκόπιο και να επιτρέπει ράμματα που θα τοποθετηθούν υπό άμεση ενδοσκοπική όραση. Να είναι συμβατά με ράμμα 2-0 (0.35mm) από ειδικό πολυμερές υλικό πολυπροπυλενίου. Η λειτουργία με το ένα χέρι να επιτρέπει στον γιατρό να διατηρεί τον έλεγχο του συστήματος. Να υπάρχει δυνατότητα επαναφόρτισης, διατηρώντας παράλληλα την ορατότητα του εγχειρητικού πεδίου. Να συνδυάζεται με ειδικό καθετήρα ασφάλισης ράμματος cinch, ο οποίος να παρέχει ασφαλές κλείσιμο χωρίς την ανάγκη να δέθουν χειρουργικοί κόμποι, όταν ολοκληρωθεί η συρραφή. Το σύστημα να διαθέτει έξι εξαρτήματα, τον οδηγό βελόνας, τον καθετήρα ανταλλαγής άγκυρας, δυο ράβδοι με προφορτομένα καρούλια διάφανης ταινίας στερέωσης και δυο ανταλλακτικά καρούλια διάφανης ταινίας στερέωσης. Ο οδηγός βελόνας να δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής του ράμματος με τον ειδικό καθετήρα ανταλλαγής της άγκυρας του ράμματος. Ο καθετήρας ανταλλαγής άγκυρας να φέρει ειδική πορτοκαλί σήμανση, για το ακριβές σημείο εισαγωγής του καθετήρα. Στο εγγύς άκρο να διαθέτει ειδική λαβή οδηγού βελόνας, το οποίο να επιτρέπει το ασφαλή κλείσιμο της βελόνας και στο άκρο άκρο να υπάρχει η κυρτή βελόνα. Στο άκρο

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **OXI** /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
50601	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ- ΔΙΑΤΟΜΗΣ- ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ	33162200-5	2	

ΣΥΝΟΛΑ:

2