ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Ε.Σ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2132068917-18, FAX: 2132068259

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93055
Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4698
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 07/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ**

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΟΜΒΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)

Ειδικό Πλήρες Σύστημα παγίδευσης και αφαίρεσης μεγάλων Θρόμβων. Το σύστημα αποτελείται από δύο διαφορετικά προιόντα
Χαρακτηριστικά:
• Αποτελείται από Ενδοαυλικό Σύστημα ωφέλιμου μήκους 80 cm, σχεδίασης διπλής πλέξης nitinol με ενσωματωμένο σύστημα παγίδευσης θρόμβων, σε διαστάσεις από 16 εώς 45 mm και διαθέσιμα μήκη από 19 εώς 31 cm.
• Ενσωματωμένη μηχανική αναρρόφηση "Whoosh" για αποφυγή υπολειμμάτων θρόμβων.
• Δυνατότητα επιλογής χρήσης μεταξύ δύο ειδικών συστημάτων εισαγωγής/θρομβεκτομής χοανοειδούς άκρου διαστάσεων 13Fr ή 16Fr με βαλβίδες άμεσου καθαρισμού/επανατοποθέτησης , οδηγό σύρμα 0,035''και push buttons στην άκρη του.
• Το σύστημα δεν απαιτεί καμία χρήση μηχανήματος και επιτυγχάνεται η θεραπεία σε μία μόνο συνεδρία.
• Δεν απαιτείται χρήση Θρομβολυτικών.

2) ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΑΝΟΕΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ ΘΡΟΜΒΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1)

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Α.Λ. ΜΕ ΑΜ: 939053

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ /**
ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42867	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ		1	
53213	ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΥ		1	
		ΣΥΝΟΛΑ:	2	