

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93348

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 4963

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 20/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΡΟΜΒ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ACUTE, SUBACUTE, CHRONIC OCCLUSIONS. ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 1cm/sec ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ 0.18', 0.25' ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ NITINOL ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 85, 110, 135cm. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΓΓΕΙΑ ΑΠΟ 3mm ΕΩΣ ΚΑΙ 12mm. Η ΤΑΧ/ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40.000 RPM.

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΓΓΕΙΟ 7-12mm, ΜΕΓΕΘΟΣ 10F, ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 85cm ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0.025, ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1).

2-3) ΦΛΕΒΙΚΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟ NITINOL 0.035", ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΛΑΓΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ. ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 80 ΚΑΙ 120CM, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ 10-20MM, ΜΗΚΗ 40-160MM, ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 8-10FR. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ ΣΥΣΤ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΟΔΕΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ Η ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΤ. ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 18 X 100MM ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΚΑΙ ΕΤΕΡΗ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 18 X 60MM ΤΜΧ ΕΝΑ (1).

4-5) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 18ATM (RBP ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ ΡΗΞΗΣ) ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 4-6ATM. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PET, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΙΝΩΝ, ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΑΚΡΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΠΟ 12-26MM ΚΑΙ ΜΗΚΗ 2-6MM, ΣΕ ΜΗΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 80 & 120CM.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14X60MM, ΤΜΧ ΕΝΑ (1), ΚΑΙ ΕΤΕΡΟ 16X60MM ΤΜΧ ΕΝΑ (1).

6) ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 12FR, ΤΜΧ ΕΝΑ (1).

7) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΣΥΧΝ. 15MHz ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΡΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΤΟΥΛ.με θηκάρι εισαγωγής 8F. Το εγγύς τηλεσκοπικό τμήμα του να δίνει δυνατότητα απόσυρσης μήκους 25cm, και στο άπω άκρο του ο καθετήρας να φέρει δείκτες ανά εκατοστό για διευκόλυνση χρήστη ως προς την

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
42832	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ	33141200-2	2	
42867	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΕΚΤΟΜΗΣ		1	
43731	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ	33141200-2	1	
44150	ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΝΤ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ		2	
47116	ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 12-24 MM ΘΗΚΑΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 12FR		1	
ΣΥΝΟΛΑ:			7	