

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93414

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 23/07/2026

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ**Στοιχεία Σημειώματος**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: **ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ****Οικονομικά Στοιχεία**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ**

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Μ.Ε ΜΕ ΑΜ 708955

1. ΒΕΛΟΝΑ 18G 0.038'' 7CM ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
2. ΘΗΚΑΡΙ ΑΒΑΝΤΙ 7FR 11CM ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2)
3. ΘΗΚΑΡΙ ΒΡΙΤΕ ΤΙΡ 7F ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
4. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ J-TIP ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
5. ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ANGLED ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
6. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ VERT ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (1).
7. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FIG SUPER TORQUE ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (1).
8. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
9. ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ (STENT) ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ, ΜΕ ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ L605, ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ePTFE ΠΑΧΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 180µm. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ OTW 0.035'', ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΗΚΑΡΙ 6F (ΣΤΑ STENTS 7.0, 8.0MM) ΚΑΙ 7F (ΣΤΑ STENTS 9.0, 10.0MM) ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ 75CM. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΛΑΓΟΝΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΝΩΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΡΤΕΙΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10MM x 57mm x 75cm. ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
10. ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (STENT GRAFT), ΜΕ ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ L605, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΠΡΟ-ΦΟΡΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΠΑΛΟΝΙ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ePTFE ΠΑΧΟΥΣ 200µm. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ OTW 0.035'', ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΗΚΑΡΙ 9F (ΣΤΟ STENT GRAFT 12MM), 11F (ΣΤΑ STENT GRAFT 14, 16mm) ΚΑΙ 14F (ΣΤΑ STENT GRAFT 18, 20, 22, 24mm) ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕ ΣΤΑ ΜΗΚΗ ΤΩΝ 75CMCM Η 120CMCM, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ STENT GRAFT. ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΜΠΑΛΟΝΙ) ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 4, 5, 6 Η 7 BAR (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ STENT GRAFT), ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: **ΕΠΕΙΓΟΝ**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: **ΟΧΙ** /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
41965	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ τύπου VERT	33141200-2		1
43278	ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ COVER-STENT ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ			3
43758	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ			4
45730	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ 20-30ATM			2
47430	ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ			4
47712	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ			1
50531	βελόνα παρακέντησης κερκιδικής αρτηρίας			2
ΣΥΝΟΛΑ:			17	