

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Μ.Α ΜΕ ΑΜ 718619

- ΒΕΛΟΝΑ 18G 0.038'' 7CM ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
- ΘΗΚΑΡΙ AVANTI 7FR 11CM ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2)
- ΘΗΚΑΡΙ BRITE TIP 7F ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ J-TIP ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
- ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ANGLED ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
- ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ VERT ENA ΤΕΜΑΧΙΟ (1).
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PIG SUPER TORQUE ENA ΤΕΜΑΧΙΟ (1).
- ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
- ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ (STENT) ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ, ΜΕ ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ L605, ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ePTFE ΠΑΧΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 180µm. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ OTW 0.035'', ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΗΚΑΡΙ 6F (ΣΤΑ STENTS 7.0, 8.0MM) ΚΑΙ (ΣΤΑ STENTS 9.0, 10.0MM) ΚΑΙ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ 75CM. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΛΑΓΟΝΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΝΩΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10MM x 57mm x 75cm. ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΑ (2).
- ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12mm x 39mm x 120cm. ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (STENT GRAFT), ΜΕ ΕΝΔΟΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ L605, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΠΡΟ-ΦΟΡΤΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΠΑΛΟΝΙ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ePTFE ΠΑΧΟΥΣ 200µm. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ OTW 0.035'', ΕΠΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΜΕ ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ Τ ΒΛΑΒΗΣ, ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΘΗΚΑΡΙ 9F (ΣΤΟ STENT GRAFT 12MM), 11F (ΣΤΑ STENT GRAFT 14, 16mm) ΚΑΙ 14F (ΣΤΑ STENT GRAFT 18, 20, 22, 24mm) ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕ ΣΤΑ ΜΗΚΗ ΤΩΝ 75CMCM 120CMCM, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ STENT GRAFT. ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΜΠΑΛΟΝΙ) ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 4, 5, 6 Η 7 BAR (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ, ΑΝΑ

Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /
ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /
ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:
Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

ΚΩΔ. ΝΟΣ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	CPV	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
41965	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ τύπου VERT	33141200-2		1
43278	ΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ COVER-STENT ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ			3
43758	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ			4
45730	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ 20-30ATM			2
47430	ΘΗΚΑΡΙ ΜΗΡΙΑΙΑΣ			4
47712	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ			1
50531	βελόνα παρακέντησης κερκιδικής αρτηρίας			2
ΣΥΝΟΛΑ:				17