

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 93433

Α/Α ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 5038

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ: 24/07/2026

**ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ****Στοιχεία Σημειώματος**

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

**Οικονομικά Στοιχεία**

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: CCP ELISA - 2ης γενεάς CCP IgG

Βασική προϋπόθεση για την τεχνική αξιολόγηση όλων των παρακάτω αντιδραστηρίων είναι:

α) Η elisa να είναι δεύτερης γενιάς για anti-CCP αντισώματα.

β) Το KIT να έχει ήδη δοκιμαστεί από το τμήμα μας, άλλως να μας προσφέρουν δείγματα (αντιδραστήρια) για δοκιμή εντός δύο ημερών. Επίσης να μας προσκομίσουν πελατολόγιο και να μας γνωστοποιήσουν ποια άλλα διαγνωστικά εργαστήρια κυρίως μεγάλων Νοσοκομείων το χρησιμοποιούν. Να έχουν άμεση παράδοση &amp; μακρό χρόνο διάρκειας ζωής (τουλάχιστον 8-12 μήνες).

δ) Το KIT να είναι για ποσοτικό ή ημιποσοτικό προσδιορισμό Ig G αντισωμάτων έναντι CCP. Το αντιδραστήριο να έχει προσδεσμεμένα στις μικροπλάκες συνθετικά πεπτίδια CCP που να περιέχουν τροποποιημένα πεπτίδια αργινίνης. Το KIT να περιέχει 5 πρότυπα (standards 1/5/20/100/200 RU/ml) για τον ποσοτικό προσδιορισμό, θετικό μάρτυρα και όλα τα απαιτούμενα για τον προσδιορισμό αντιδραστήρια. Τα μικροφρεάτια (wells) θα πρέπει να είναι αποσπώμενα και οι χρόνοι επώασης όσο το δυνατό συντομότεροι.

ε) Το τελικό παραγόμενο χρώμα να παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 30 λεπτά.

ε) Το KIT να διαθέτει CE &amp; IVD σήμανση.

**Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση**

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

**Πρόσθετοι Προσδιορισμοί**

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: /

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ID ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|-----------------------|-----|--------------------|-----------------------|
| 41820     | FCCP 100 ANTI-CCP 96T |     |                    | 4                     |

ΣΥΝΟΛΑ:

4