

## ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΩΝ

## Στοιχεία Σημειώματος

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

## Οικονομικά Στοιχεία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ.: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Τα φίλτρα να είναι κατάλληλα για ενήλικες και να διαθέτουν ηλεκτροστατική μεμβράνη φιλτραρίσματος με υψηλή αντιβακτηριδιακή δράση >99,99999%. Η αντιϊκή δράση τους να είναι τουλάχιστον >99,999%.
2. Η απόδοση των φίλτρων να είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 23328-1.
3. Να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους από 150-1.000 ml και να φέρουν οπή καπνογραφίας.
4. Να διαθέτουν ενσωματωμένο εναλλάκτη ύγρανσης θέρμανσης με απόδοση τουλάχιστον 3 mgH<sub>2</sub>O/L σε αναπνευστικό όγκο 500ml.
5. Η αντίσταση ροής να μην υπερβαίνει τα 1,8 cmH<sub>2</sub>O στα 60 L/min.
6. Ο νεκρός όγκος των φίλτρων να μην υπερβαίνει τα 35 ml.
7. Να είναι μικρού βάρους που να μην υπερβαίνει τα 30-31gr.
8. Να είναι αποστειρωμένα και πιστοποιημένα βάσει του EN 556-1.
9. Να είναι Latex Free, PVC-Free, Pthalate-Free.
10. Να συνοδεύονται στην ίδια συσκευασία από αποστειρωμένη προέκταση μεταβαλλόμενο μήκους από 9-15cm.

Να κατατεθεί δείγμα για περαιτέρω ποιοτική αξιολόγηση

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Αποστειρωμένα, μιας χρήσης, φίλτρο ύγρανσης -θέρμανσης, αντιμικροβιακά, με υποδοχή για καπνογράφο και κρικο

## Αιτιολόγηση / Προτεραιοποίηση

ΕΠΑΡΚΕΙΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΥΨΗΛΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:

## Πρόσθετοι Προσδιορισμοί

ΤΥΠΟΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

/

ΜΟΝΑΔΙΚΟ: ΟΧΙ /

ΙΔ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ:

Α.Μ. ΑΣΘΕΝΗ:

| ΚΩΔ. ΝΟΣ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                                          | CPV | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|
| 44316     | Φίλτρα αντιβακτηριακά από άρρωστο (ενδοτραχειακό) με προέκταση, για καπνογράφο |     | 2000               |                       |
| ΣΥΝΟΛΑ:   |                                                                                |     | 2000               |                       |